


試験測定結果表

製品名 シャマル・ホットプレート HHP-411

製品番号 08411616

熱板表面の測定箇所及び順序



(単位 mm)

※図中の①～⑤は測定箇所と順序をあらわす

測定結果

100℃	400℃
① 100.2℃	① 401℃
② 100.1℃	② 400℃
③ 100.0℃	③ 400℃
④ 100.0℃	④ 400℃
⑤ 100.0℃	⑤ 401℃